

วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและรายละเอียดค่าใช้จ่าย

การจัดซื้อจัดจ้างที่มีใช้งานก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : กองสาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์

๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับการจัดสรร : งบประมาณ ๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๔. ลักษณะงาน : จัดซื้อชุดกระเป๋าคือ่มือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำนวน ๔๖๐ ชุด ประกอบด้วย ดังนี้

๑. กระเป๋าใส่เครื่องมือแพทย์พร้อมสกินชื่อหน่วยงาน ✓

๒. เครื่องวัดความดันโลหิตอัตโนมัติ ✓

๓. เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (เจาะปลายนิ้ว) พร้อมแผ่นตรวจ ประกอบด้วย

- Meter (เครื่องอ่าน) จำนวน ๑ เครื่อง

- Test Strip จำนวน ๕๐ แผ่น

- เข็มเจาะเลือด จำนวน ๕๐ ชิ้น

- ปากกาเจาะเลือด จำนวน ๑ ชิ้น

๔. สายวัดเอวแบบ BMI ✓

๕. พรอทวัดไข้แบบดิจิตอล ✓

๖. เครื่องวัดความอึดตัวของออกซิเจนในเลือด ✓

๗. คู่มือการดูแลสุขภาพ/คู่มือสำหรับอสม. ๑ ชุด ประกอบด้วย ✓

๗.๑ คู่มือประชาชนป้องกันตนเองโรคเบาหวาน ✓

๗.๒ คู่มือประชาชนป้องกันตนเองโรคความดันโลหิต ✓

๗.๓ คู่มือประชาชนป้องกันตนเองโรคหัวใจ ✓

๗.๔ คู่มือแนวทางการดำเนินโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) ✓

๗.๕ คู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ✓

๗.๖ ตารางแปลผลการคัดกรองสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ✓

๕. วันที่กำหนดราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ณ วันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๔

เป็นเงิน ๓,๖๖๖,๒๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

ราคา/หน่วย : จำนวนชุดละ ๗,๙๗๐ บาท

๖. แหล่งที่มาของราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ✓

ราคาที่ได้มาจากการสืบราคาจากท้องตลาด ✓

๖.๑ บริษัท ฟรีดิต เทเบิลเมต จำกัด

๖.๒ บริษัท โซลิต พาร์ทเนอร์ จำกัด

๖.๓ บริษัท ทีแอนด์เอ็น เมดิคอล เทรตติ้ง จำกัด

๖.๔ บริษัท เฮลท์ อิมแพค จำกัด


๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะและราคากลาง

๗.๑ นางสาวสุกัญญา มีกำลัง	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ
๗.๒ นายนพพล สีหะวงษ์	ตำแหน่ง	ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า
๗.๓ นายบุญธรรม บานเย็นงาม	ตำแหน่ง	ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์
๗.๔ นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น	ตำแหน่ง	นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
๗.๕ นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ	ตำแหน่ง	เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการ


(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....  กรรมการ


(นายนพพล สีหะวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ลงชื่อ.....  กรรมการ


(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ และกำหนดราคากลาง
สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)
ในการจัดบริการสุขภาพ ปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

๑. ความเป็นมา


องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ รับการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทรราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด จำนวน ๖๒ แห่ง ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เรื่อง หลักเกณฑ์และขั้นตอนการถ่ายโอนภารกิจสถานีนอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรชนาวมินทรราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ข้อ ๒ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดที่ได้รับถ่ายโอนฯ มีหน้าที่เกี่ยวกับการป้องกันและบำบัดโรค การส่งเสริมสุขภาพอนามัยของประชาชน การรักษาพยาบาลอย่างง่าย การฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ และการคุ้มครองผู้บริโภค สอดคล้องกับนโยบายด้านสาธารณสุข ของนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ พัฒนาศักยภาพอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ทั้งด้านองค์ความรู้และเครื่องมือทางการแพทย์เบื้องต้นที่ทันสมัยมีคุณภาพ เพื่อการดูแลส่งเสริมสุขภาพ และเป็นผู้ช่วยผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรมและสาธารณสุข ในการรักษาพยาบาลเบื้องต้น เพื่อประจำการที่สถานีสสุขภาพระดับหมู่บ้าน

องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์เห็นความสำคัญในการส่งเสริมและสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) โดยเสริมศักยภาพในการบริการด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ด้วยเครื่องมือและอุปกรณ์ทางการแพทย์เบื้องต้นที่มีมาตรฐาน ซึ่งช่วยให้ประชาชนเข้าถึงบริการคัดกรองภาวะสุขภาพ และตรวจสัญญาณชีพเบื้องต้นได้ทั่วถึงและครอบคลุมมากยิ่งขึ้น ทั้งนี้ ยังมีเครื่องมือในการดูแลสุขภาพผู้ป่วย ผู้สูงอายุ กลุ่มติดบ้าน ติดเตียง รวมถึงกิจกรรมเยี่ยมบ้านในกลุ่มอื่นๆ ตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่สาธารณสุข องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์จึงจัดทำโครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน เพื่อจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกให้ดียิ่งขึ้น โดยอาศัยอำนาจตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๒ มาตรา ๑๗ ภายใต้บังคับมาตรา ๑๖ ให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมีอำนาจและหน้าที่ในการจัดบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถิ่นของตนเอง (๑๙) การจัดให้มีโรงพยาบาลจังหวัด การรักษาพยาบาล การป้องกันและควบคุมโรค

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..... นพพว..... กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายณพพล สีหะวงษ์)

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๒. วัตถุประสงค์

๒.๑ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชนในพื้นที่รับผิดชอบ
สถานีอนามัยเฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินีและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ โดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.)

๒.๒ เพื่อจัดซื้อชุดกระเป๋ เครื่องมือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ให้แก่สถานีอนามัย
เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา นวมินทราชินี และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล สังกัดองค์การบริหารส่วน
จังหวัดเพชรบูรณ์ โดยมีอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) นำไปบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน

๓. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

๓.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย

๓.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

๓.๓ ไม่อยู่ระหว่างเลิกกิจการ

๓.๔ เป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคล ผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคา
อิเล็กทรอนิกส์ดังกล่าว

๓.๕ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุชื่อไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ทำงานและได้แจ้งเวียนชื่อ
ให้เป็นผู้ทำงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคล
ที่ผู้ทำงานเป็นหุ้นส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๓.๖ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญากับหน่วยงาน
ของรัฐไว้ชั่วคราวเนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ
ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๓.๗ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้มีประโยชน์ร่วมกับผู้เสนอราคารายอื่นที่เข้าเสนอราคาให้แก่องค์การ
บริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ณ วันเสนอราคา หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันราคา
อย่างเป็นธรรมในการเสนอราคาในครั้งนี้

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....

(นายณพพล สีหะวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ลงชื่อ.....

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๓.๘ ผู้เสนอราคาต้องไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารสิทธิ์หรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมขึ้นศาลไทย เว้นแต่รัฐบาลของผู้เสนอราคาได้มีคำสั่งให้สละสิทธิ์และความคุ้มกันเช่นนั้น

๓.๙ บุคคลหรือนิติบุคคลที่จะเข้าเป็นคู่สัญญากับหน่วยงานของรัฐซึ่งได้ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) ต้องลงทะเบียนในระบบอิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

๓.๑๐ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้พิจารณา ดังนี้

๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จากผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สุทธิตที่ปรากฏในงบแสดงฐานะการเงินที่มีการตรวจรับรองแล้ว ของ ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท

๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย/กฎหมายต่างประเทศ ซึ่งยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงินกับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียนโดยผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ มูลค่าการจัดซื้อจัดจ้างเกิน ๑ ล้านบาท แต่ไม่เกิน ๕ ล้านบาท ต้องมีทุนจดทะเบียนไม่ต่ำกว่า ๒ ล้านบาท

๓.๑๑ กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาถือสัญชาติไทย/บุคคลธรรมดาที่มีได้ถือสัญชาติไทย ให้พิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก โดยต้องมีเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งและหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือก จะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากซึ่งธนาคารออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอ หรือวันลงนามในสัญญา ไม่เกิน ๙๐ วัน

การพิจารณากรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่ยังไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ให้พิจารณาดังนี้

๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบริษัทจำกัด หรือบริษัทมหาชนจำกัด ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณาทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารที่แสดงให้เห็น ถึงมูลค่าหุ้นที่ชำระแล้วที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเข้ามาในระบบ e - GP ในวันยื่นข้อเสนอ

๒) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้หน่วยงานของรัฐพิจารณามูลค่าทุนจดทะเบียนของห้างหุ้นส่วนจำกัด โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองการจดทะเบียนหรือเอกสารที่แสดงให้เห็นถึงมูลค่าทุนจดทะเบียนที่ผู้ยื่นข้อเสนอยื่นเข้ามาในระบบ e - GP ในวันยื่นข้อเสนอ

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณพพล สีหะวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

การพิจารณากรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดาผู้ถือสัญชาติไทย/บุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทย

๑) ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นบุคคลธรรมดาจะต้องยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง โดยจะใช้หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากจากหลายบัญชีหรือหลายธนาคารรวมกันก็ได้ โดยหนังสือรับรองบัญชีเงินฝาก แต่ละฉบับสามารถนำไปใช้ยื่นกับหลายโครงการหรือหลายหน่วยงานได้ ทั้งนี้ หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากต้องมีอายุไม่เกิน ๙๐ วัน นับถึงวันยื่นข้อเสนอ

๒) ในกรณีที่เป็นผู้ชนะหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือก จะต้องยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากอีกครั้งหนึ่ง ก่อนที่จะลงนามในสัญญานั้น จะใช้หนังสือรับรองบัญชีเงินฝากฉบับที่ใช้ยื่นในวันยื่นข้อเสนอก็ได้หากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากฉบับดังกล่าวนี้ยังไม่พ้น ๙๐ วัน นับแต่วันที่ออกหนังสือรับรอง จนถึงวันลงนามสัญญา แต่หากพ้นกำหนด ๙๐ วัน แล้ว ต้องใช้หนังสือรับรองเงินฝากฉบับใหม่แทน

๓.๑๒ กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอมีคุณสมบัติไม่เป็นไปตามข้อ ๓.๑๐ ข้อ ๓.๑๑

กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีงบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปี ปฏิทินสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอหรืองบแสดงฐานะการเงิน ๑ ปี ปฏิทินสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอติดลบ หรือทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้วไม่เพียงพอ หรือเงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารไม่ถึง ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง หากผู้ยื่นข้อเสนอได้ยื่นหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อที่ธนาคารภายในประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งเวียนให้ทราบ หรือเป็นสินเชื่อที่ธนาคารต่างประเทศหรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาต ให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประกันตามประกาศของธนาคารกลาง ของประเทศนั้น ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารกลางของประเทศนั้นแจ้งเวียนให้ทราบโดยพิจารณา จากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขารับรอง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อจากธนาคารไม่น้อยกว่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่างบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้งมาใช้แทน ให้ผู้ยื่นเสนอรายนั้นผ่านคุณสมบัติเรื่องมูลค่าสุทธิของกิจการ แต่หากผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นไม่ได้ยื่นเอกสารดังกล่าวในวันยื่นข้อเสนอก็จะไม่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติเรื่องมูลค่าสุทธิของกิจการ

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพนพล สีหะวงษ์)

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๔. คุณลักษณะเฉพาะชุดกระเป๋าเครื่องมือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำนวน ๔๖๐ ชุด
ประกอบด้วย

๑. กระเป๋าสำหรับใส่อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำนวน ๔๖๐ ใบ

๑.๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๑.๑.๑. ทำด้วยผ้า ด้านในบุด้วย PVC หรือผ้าไนลอน หนา ๒ ชั้น สามารถกันน้ำได้ กันกระแทก และกันความร้อนได้ตามสภาพภูมิอากาศ ทำความสะอาดด้วยน้ำได้
- ๑.๑.๒. ขนาดกว้าง x ยาว x สูง ไม่น้อยกว่า ๑๘ x ๔๐ x ๒๔ ซม.
- ๑.๑.๓. ฝากระเป๋าด้านใน มีช่องสำหรับใส่เอกสาร ฝาด้านบนมีมือจับสำหรับหิ้ว
- ๑.๑.๔. มีสายสะพาย สามารถปรับระดับได้ สายสะพายมีหมอนรองกันเจ็บไหล่
- ๑.๑.๕. ด้านหน้ากระเป๋ามีช่องสำหรับใส่เครื่องมือแพทย์เพื่อออกพื้นที่ทำงานและเสริมข้อความตามแบบที่กำหนด
- ๑.๑.๖. ด้านหลังเปิดซิปแล้วจะมีซิปในสำหรับเก็บกระเป๋ากันเปียกได้
- ๑.๑.๗. ด้านล่างกระเป๋ามีรองตุ่มปริมาตรไม่น้อยกว่าปริมาตร ๙ ลิตร เพื่อกันลื่น

๑.๒. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๑.๒.๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๑.๒.๒. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนอะไหล่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๕. เครื่องวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ จำนวน ๔๖๐ เครื่อง

๕.๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๕.๑.๑. สามารถวัดความดันโลหิตแบบอัตโนมัติ
- ๕.๑.๒. ตัวเครื่องมีขนาดเล็กสามารถเคลื่อนย้ายได้สะดวก น้ำหนักตัวเครื่องไม่เกิน ๓๐๐ กรัม
- ๕.๑.๓. ป्लอกแขนสามารถวัดได้ตั้งแต่ต้นแขนขนาดไม่น้อยกว่า ๒๒ - ๓๒ ซม.
- ๕.๑.๔. จอภาพแสดงผล ชนิด Digital LCD สามารถมองเห็นค่าความดันโลหิตและชีพจรได้ชัดเจน
- ๕.๑.๕. ใช้กับไฟฟ้า AC ๑๐๐-๒๔๐ โวลต์
- ๕.๑.๖. ตัวเครื่องมีความสามารถป้องกันหยดน้ำ (Against water drops protection)

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณพพล สีหะวงษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๒.๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๒.๒.๑. ใช้เทคนิคการวัดแบบ Oscillometric หรือ Oscillation
- ๒.๒.๒. สามารถวัดช่วงค่าความดันอยู่ในช่วง ๐ - ๒๙๙ มม.ปรอท โดยสามารถวัดความดันตัวบนตั้งแต่ ๖๐ - ๒๗๙ มม.ปรอท และความสามารถวัดความดันตัวล่างตั้งแต่ ๔๐ - ๒๐๐ มม.ปรอท
- ๒.๒.๓. สามารถวัดค่าชีพจรหรืออัตราการเต้นของหัวใจ ๔๐ - ๑๘๐ ครั้ง/นาที
- ๒.๒.๔. เครื่องสามารถวัดค่าได้แม่นยำสูงโดยมีความคลาดเคลื่อนของค่าความดันโลหิตไม่เกิน ± 3 มม.ปรอท และค่าชีพจรไม่เกิน $\pm 5\%$
- ๒.๒.๕. มีหน่วยความจำไม่เกิน ๓๐ ครั้ง (จากการวัดครั้งสุดท้าย)
- ๒.๒.๖. แบตเตอรี่อัลคาไลน์ ๑ ชุดใหม่ (AA x ๔ ก้อน)

๒.๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๒.๓.๑. เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๒.๓.๒. มีเอกสารรับรองการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมีใบรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
- ๒.๓.๓. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่เครื่องชำรุดหรือมีปัญหาจนไม่สามารถซ่อมได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ
- ๒.๓.๔. บริษัทผู้ผลิตมีสำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ในประเทศเพื่อสะดวกในการให้บริการ
- ๒.๓.๕. มีเอกสารรับรองการผ่านการทดสอบค่าความดันโลหิตตามมาตรฐานของ IEC ๖๐๖๐๑ และมีเอกสารผ่านการทดสอบจากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุข โดยยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ

๓. เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด จำนวน ๔๖๐ เครื่อง

๓.๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๓.๑.๑. เป็นเครื่องมือที่ใช้ทดสอบเพื่อตรวจหาระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือด
- ๓.๑.๒. เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือดบรรจุในกระป๋องอย่างมิดชิด จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมแถบตรวจขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๕๐ การทดสอบ โดยแถบตรวจเป็นชนิดใช้ครั้งเดียว ที่บรรจุในขวดพลาสติกที่มีความสามารถรักษาความชื้นในระดับปกติ พร้อมเข็มเจาะเลือดปลายนิ้วที่ผ่านการฆ่าเชื้อโรคแล้ว ขนาด ๒๘G - ๓๐G และปากกาเจาะเลือดที่ปรับระดับความลึกได้ตั้งแต่ ๕ ระดับขึ้นไป และมีเอกสารกำกับการใช้ชุดตรวจมาพร้อมในกล่องบรรจุ

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพนพล สีหะวงษ์)

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โหมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๓.๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๓.๒.๑. สามารถปลดแถบตรวจได้ โดยมือไม่สัมผัสแถบตรวจ
- ๓.๒.๒. สามารถอ่านผลการทดสอบได้อย่างรวดเร็วภายในเวลาไม่เกิน ๔ วินาทีต่อการทดสอบ
- ๓.๒.๓. เครื่องสามารถวัดระดับน้ำตาลกลูโคสในเลือดได้ในช่วง ๑๐-๖๐๐ mg/dl
- ๓.๒.๔. ใช้ตัวอย่างตรวจปริมาณต่ำสุด ไม่เกิน ๑ ไมโครลิตร และใช้ได้กับเลือดที่มีค่าฮีมาโตคริต อยู่ระหว่าง ๑๐% - ๖๕%
- ๓.๒.๕. มีน้ำยาควบคุมคุณภาพ (Control Solution) อย่างน้อย ๒ ระดับ (ระดับต่ำและสูง)
- ๓.๒.๖. เครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดมี Bluetooths ภายในตัวเครื่อง
- ๓.๒.๗. เครื่องตรวจวิเคราะห์น้ำตาลในเลือดต้องมี Micro-USB Port สำหรับใช้งานดึงผลน้ำตาลคนไข้ เพื่อใช้ประกอบการรักษาของแพทย์
- ๓.๒.๘. ขวดและกล่องบรรจุภัณฑ์มีระบุ Lot No. ชนิดของแถบทดสอบ, วันหมดอายุและบริษัทผลิต

๓.๓. อุปกรณ์ประกอบด้วย

เครื่องตรวจน้ำตาลในเลือด (เจาะปลายนิ้ว) พร้อมแผ่นตรวจ ประกอบด้วย

- | | |
|-----------------------|-----------------|
| - Meter (เครื่องอ่าน) | จำนวน ๑ เครื่อง |
| - Test Strip | จำนวน ๕๐ แผ่น |
| - เข็มเจาะเลือด | จำนวน ๕๐ ชิ้น |
| - ปากกาเจาะเลือด | จำนวน ๑ ชิ้น |


๓.๔. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๓.๔.๑. เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๓.๔.๒. มีเอกสารรับรองการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมีใบรับรอง เป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
- ๓.๔.๓. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เครื่องชำรุดหรือมีปัญหาจนไม่สามารถซ่อมได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ
- ๓.๔.๔. บริษัทผู้ผลิตมีสำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ในประเทศเพื่อสะดวกในการให้บริการ
- ๓.๔.๕. เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความถูกต้อง (Accuracy) ตามมาตรฐาน ISO ๑๕๑๘๗ : ๒๐๑๓
- ๓.๔.๖. เป็นผลิตภัณฑ์ที่ผ่านการรับรองคุณภาพ CE Mark หรือ US FDA ซึ่งเป็นมาตรฐานสากล

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายพนพล สีหะวงษ์)

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โคมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทรสุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๔. สายวัดเอวแบบ BMI จำนวน ๔๖๐ คลับ

๔.๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๔.๑.๑. สามารถใช้เป็นสายวัดรอบเอวได้
- ๔.๑.๒. พกพาง่ายเหมาะสำหรับใส่กระเป๋า
- ๔.๑.๓. สายวัดมีวงล้อสามารถวัดค่าดัชนีมวลกาย BMI พร้อมแสดงแถบสีค่าดัชนีมวลกาย และการอ่านค่าเป็นภาษาไทยที่ชัดเจน
- ๔.๑.๔. สายวัดรอบเอวมีความยาวไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ๕๐ เซนติเมตร และแสดงแถบสีค่าดัชนีมวลกาย ให้เห็นชัดเจน
- ๔.๑.๕. ผลิตจากพลาสติกหรือวัสดุอื่นที่ดีกว่า มีความคงทน มีน้ำหนักเบา ใช้งานง่าย

๔.๒. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๔.๒.๑. เป็นสินค้าใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๔.๒.๒. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น กรณีที่เครื่องชำรุดหรือมีปัญหาจนไม่สามารถซ่อมได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปีนับจากวันตรวจรับพัสดุ

๕. พรอหวัดใช้แบบดิจิตอล จำนวน ๔๖๐ อัน

๕.๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๕.๑.๑. ใช้วัดอุณหภูมิร่างกายแบบสัมผัส ทางปาก ไต้วงแขน และทางทวารหนักทั้งทารก เด็ก และผู้ใหญ่
- ๕.๑.๒. ตัวเครื่องทำจากพลาสติก พกพาได้ง่าย
- ๕.๑.๓. ตัวเครื่องส่วนปลายสามารถยืดหยุ่นได้ ทำมาจากซิลิโคน ล้างทำความสะอาดได้

๕.๒. คุณลักษณะเฉพาะ

- ๕.๒.๑. สามารถวัดอุณหภูมิได้ระหว่าง ๓๒.๐ - ๔๒.๐ องศาเซลเซียส
- ๕.๒.๒. มีจอแสดงผลดิจิตอล LCD ขนาดจอแสดงไม่น้อยกว่า ๒๓.๗ X ๑๐.๗ mm.
- ๕.๒.๓. ค่าความแม่นยำ ± 0.1 องศาเซลเซียส ที่อุณหภูมิ ๓๖.๐ - ๔๒.๐ องศาเซลเซียส
- ๕.๒.๔. แสดงการอ่านอุณหภูมิในหน่วย $^{\circ}\text{C}$ และ $^{\circ}\text{F}$
- ๕.๒.๕. ใช้แบตเตอรี่ ขนาด ๑.๕ V
- ๕.๒.๖. มีเสียงสัญญาณเตือนเมื่อวัดอุณหภูมิคงที่
- ๕.๒.๗. เครื่องปิดอัตโนมัติเมื่อไม่ใช้งาน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพนพล สีหะวงษ์)

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๕.๓. เงื่อนไขเฉพาะ

- ๕.๓.๑. เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๕.๓.๒. มีเอกสารรับรองการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมีใบรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิตโดยยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
- ๕.๓.๓. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่เครื่องชำรุดหรือมีปัญหาจนไม่สามารถซ่อมได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ.
- ๕.๓.๔. บริษัทผู้ผลิตมีสำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ในประเทศเพื่อสะดวกในการให้บริการ
- ๕.๓.๕. มีเอกสารรับรองมาตรฐานสำหรับเครื่องมือแพทย์

๖. เครื่องวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด จำนวน ๔๖๐ เครื่อง

๖.๑. คุณสมบัติทั่วไป

- ๖.๑.๑. เป็นเครื่องวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและแสดงค่าชีพจรแบบพกพา
- ๖.๑.๒. ตัวเครื่องมีขนาดเล็กกะทัดรัดสามารถพกพาได้
- ๖.๑.๓. ใช้กับแบตเตอรี่อัลคาไลน์ AAA จำนวน ๒ ก้อน
- ๖.๑.๔. จอภาพแสดงผลเป็นตัวเลขด้วยจอ OLED สามารถมองเห็นค่าความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือดและชีพจรได้อย่างชัดเจน

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายณพพล สีหะวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๖.๒. คุณลักษณะเฉพาะ


- ๖.๒.๑. ปรับหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๕ รูปแบบ
- ๖.๒.๒. การวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด สามารถใช้งานได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่
- ๖.๒.๓. การวัดความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด แสดงผลการวัดตั้งแต่ ๐%-๑๐๐% มีค่าความแม่นยำในช่วงวัดที่ ๗๐ - ๑๐๐% มีความคลาดเคลื่อนของการวัดปริมาณความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด $\pm 2\%$
- ๖.๒.๔. การวัดอัตราการเต้นของชีพจรสามารถวัดค่าการเต้นของหัวใจได้ตั้งแต่ ๒๐-๒๕๐ ครั้ง/นาที โดยมีความแม่นยำในช่วงการวัดที่ ๒๕ - ๒๕๐ BPM คลาดเคลื่อนไม่เกิน ± 3 ครั้งต่อนาที
- ๖.๒.๕. ปรับหน้าจอแสดงผลไม่น้อยกว่า ๕ รูปแบบ
- ๖.๒.๖. มีเสียงแจ้งเตือนเมื่อความอิ่มตัวของออกซิเจนในเลือด (SpO₂) ต่ำกว่า ๙๕ %
- ๖.๒.๗. มีระบบปิดเครื่องอัตโนมัติ เมื่อใช้งานแล้วเสร็จหรือไม่มีการใช้งานเครื่อง

๖.๓. เงื่อนไขเฉพาะ



- ๖.๓.๑. เป็นเครื่องใหม่ไม่เคยใช้งานมาก่อน
- ๖.๓.๒. มีเอกสารรับรองการนำเข้าจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาและมีใบรับรองเป็นตัวแทนจำหน่ายจากโรงงานผู้ผลิต โดยยื่นต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ
- ๖.๓.๓. ผู้ขายจะต้องรับประกันคุณภาพซ่อมและเปลี่ยนเครื่องให้ใหม่โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้นกรณีที่เครื่องชำรุดหรือมีปัญหาจนไม่สามารถซ่อมได้ เป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับจากวันตรวจรับพัสดุ.
- ๖.๓.๔. บริษัทผู้ผลิตมีสำนักงานตัวแทนตั้งอยู่ในประเทศเพื่อสะดวกในการให้บริการ
- ๖.๓.๕. เป็นเครื่องที่ได้รับมาตรฐาน ThaiFDA, CE, ISO ๑๓๔๘๕

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการ
(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... นนพ..... กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ
(นายพนพล สีหะวงษ์) (นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....  กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ
(นางสาวกมลชนก โคมทรัพย์เย็น) (นางสาวพนารัตน์ จันทรสุวรรณ)
นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๗. คู่มือการดูแลสุขภาพ/คู่มือ อสม. จำนวน ๔๖๐ ชุด
ประกอบด้วย

๗.๑. หนังสือคู่มือประชาชนป้องกันตนเองจากโรคเบาหวาน

๗.๑.๑. เป็นหนังสือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคเบาหวาน เพื่อให้ประชาชนรู้จักโรค ข้อมูลในหนังสือคู่มือประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

- สถิติของการเกิดโรคเบาหวานในปัจจุบัน
- โรคเบาหวานคืออะไร
- ชนิด สาเหตุการเกิดโรค
- ลักษณะอาการของโรคเบาหวาน อาการแทรกซ้อน
- การวินิจฉัย/การรักษา
- การตรวจเบาหวานด้วยตนเอง
- การป้องกันโรคเบาหวาน
- การดูแลรักษาตนเองสำหรับผู้ที่เป็นเบาหวาน
- อาหารสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน
- ความเสี่ยงในการเป็นโรคเบาหวาน

๗.๑.๒. วิธีการเรียบเรียง ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ประชาชนทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบ ทั้งภาพวาด และภาพถ่ายอย่างเหมาะสมกับเรื่อง สื่อให้ประชาชนเข้าใจโรคนี้มากขึ้น เรียงลำดับและจัดวาง น้ำหนักหัวข้อเรื่องใหญ่ เรื่องรอง ได้น่าสนใจ เหมาะสม ค้นหาง่าย ศึกษาได้สะดวก

๗.๑.๓. การพิมพ์เนื้อใน พิมพ์ ๔ สี ตลอดเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แกรม ความหนาตลอดเล่ม ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน้า

๗.๑.๔. ปกพิมพ์ ๔ สี พิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แกรม เคลือบยูวี ออกแบบปกสื่อได้น่าสนใจที่จะอ่าน

๗.๑.๕. การเข้าเล่มเย็บมุมหรือไสเส้นกาวอย่างแน่นหนา

๗.๑.๖. ขนาดรูปเล่ม ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๗.๑.๗. เนื้อหาความรู้ทางวิชาการอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย หรือวารสารวิชาการของไทยหรือต่างประเทศ เป็นต้น โดยรายการอ้างอิงต้องมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพนพล สีหะวงษ์)

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โคมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๗.๒. หนังสือคู่มือประชาชนป้องกันตนเองจากโรคความดันโลหิต จำนวน ๔๖๐ ชุด

๗.๒.๑. เป็นหนังสือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคความดันโลหิต เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิต เพื่อให้ประชาชนรู้จักโรคความดันโลหิต ข้อมูลในหนังสือคู่มือประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

- ชนิดของโรค
- การเกิดโรคความดันโลหิตสูง สาเหตุของโรค
- ความรุนแรงของโรค
- อาการแทรกซ้อนของผู้ป่วย อันตรายจากโรค
- การรักษาโรค
- กลุ่มที่มีความเสี่ยงเป็นโรค
- คำแนะนำสำหรับผู้ป่วยโรคความดันโลหิตสูง
- ความรู้เกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงในผู้หญิง
- โรคความดันโลหิตต่ำ การเกิดอาการของโรค สาเหตุของโรค อันตรายจากโรค คำแนะนำสำหรับผู้ที่มีความดันโลหิตต่ำ การรักษาโรคความดันโลหิตต่ำ
- ปัจจัยที่มีผลต่อความดันโลหิต
- หลักเกณฑ์ในการวัดความดันโลหิต

๗.๒.๒. วิธีการเรียบเรียง ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ประชาชนทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพวาดและภาพถ่ายอย่างเหมาะสมกับเรื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจโรคนี้มากขึ้น เรียบลำดับและจัดวางน้ำหนักหัวข้อเรื่องใหญ่ เรื่องรองได้น่าสนใจ เหมาะสม ค้นหาง่าย ศึกษาได้สะดวก

๗.๒.๓. การพิมพ์เนื้อใน พิมพ์ ๔ สี ตลอดเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แกรม ความหนาตลอดเล่ม ไม่น้อยกว่า ๓๒ หน้า

๗.๒.๔. ปกพิมพ์ ๔ สี พิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แกรม เคลือบยูวี ออกแบบปกสื่อได้น่าสนใจที่จะอ่าน

๗.๒.๕. การเข้าเล่มเย็บมุมหรือไสสันกาวอย่างแน่นหนา

๗.๒.๖. ขนาดรูปเล่มความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๗.๒.๗. เนื้อหาความรู้ทางวิชาการอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชวิทยาลัย หรือวารสารวิชาการของไทยหรือต่างประเทศ เป็นต้น โดยรายการอ้างอิงต้องมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพนพล สีหะวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันท์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๗.๓. คู่มือประชาชนป้องกันตนเองโรคหัวใจ จำนวน ๔๖๐ ชุด

๗.๓.๑. เป็นหนังสือให้ความรู้แก่ประชาชนเกี่ยวกับโรคหัวใจ เพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับโรคหัวใจ ข้อมูลในหนังสือ คู่มือประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

- อาการของโรค
- การตรวจวินิจฉัย
- รักษาโรค รู้จักยาของโรคหัวใจ ยารักษาโรคหลอดเลือดหัวใจ ยารักษาภาวะหัวใจล้มเหลว ยาลดความดันโลหิต
- การป้องกัน
- การปรับตัวเพื่ออยู่ร่วมกับโรคหัวใจอย่างปลอดภัยและทราบสัญญาณเตือนจากร่างกาย ว่าเราเสี่ยงเป็นโรคหัวใจ

๗.๓.๒. วิธีการเรียบเรียง ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ประชาชนทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพวาด และภาพถ่ายอย่างเหมาะสมกับเรื่อง เพื่อให้ประชาชนเข้าใจโรคนี้มากขึ้น เรียงลำดับและจัดวาง น้ำหนักหัวข้อเรื่องใหญ่ เรื่องรองได้น่าสนใจ เหมาะสม ค้นหาง่าย ศึกษาได้สะดวก

๗.๓.๓. การพิมพ์เนื้อใน พิมพ์ ๔ สี ตลอดเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ ไม่น้อยกว่า ๗๐ แกรม ความหนาตลอดเล่มไม่น้อยกว่า ๔๘ หน้า

๗.๓.๔. ปกพิมพ์ ๔ สี พิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แกรม เคลือบยูวี ออกแบบปก สื่อได้น่าสนใจที่จะอ่าน

๗.๓.๕. การเข้าเล่มเย็บมุมหรือไสสันกาวอย่างแน่นหนา


๗.๓.๖. ขนาดรูปเล่ม ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๔ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เซนติเมตร

๗.๓.๗. เนื้อหาความรู้ทางวิชาการอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัย ราชวิทยาลัย หรือวารสารวิชาการของไทยหรือต่างประเทศ เป็นต้น โดยรายการอ้างอิง ต้องมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ


ลงชื่อ..... นนพ กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายณพพล สีหะวงษ์)

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โคมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทรสุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๗.๔. คู่มือแนวทางการดำเนินงานโดยอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) จำนวน ๔๖๐ ชุด

๗.๔.๑. ด้านความรู้

เป็นหนังสือคู่มือแนวทางการดำเนินงานโดยอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ข้อมูลในคู่มือประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

- บทบาทของอสม.ใน ๑๔ กิจกรรมงานสาธารณสุขมูลฐาน
- บทบาทของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในอนาคต
- การส่งเสริมสุขภาพ
- การเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมโรค
- การฟื้นฟูสุขภาพ
- การคุ้มครองผู้บริโภค
- การจัดการสุขภาพชุมชนและการมีส่วนร่วมในแผนสุขภาพตำบล
- การสนับสนุนอาสาสมัครประจำครอบครัว (อสค.)
- การใช้ยาอย่างสมเหตุสมผล / การบริโภคผลิตภัณฑ์สุขภาพ
- การเข้าร่วมกับทีมหมอครอบครัว
- กิจกรรมอื่นๆ ตามสภาพปัญหาชุมชน

๗.๔.๒. วิธีการเรียบเรียง ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ประชาชนทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพวาดและภาพถ่ายอย่างเหมาะสมกับเรื่อง สื่อให้ประชาชนเข้าใจโรคนี้น่าขึ้น เรียงลำดับและจัดวางน้ำหนักหัวข้อเรื่องใหญ่ เรื่องรองได้น่าสนใจ เหมาะสม ค้นหาง่าย ศึกษาได้สะดวก


๗.๔.๓. การพิมพ์เนื้อใน พิมพ์ ๔ สี ตลอดเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ แกรม ความหนาตลอดเล่มไม่น้อยกว่า ๔๐ หน้า

๗.๔.๔. ปกพิมพ์ ๔ สี พิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แกรม เคลือบยูวี ออกแบบปกสื่อได้น่าสนใจที่จะอ่าน

๗.๔.๕. การเข้าเล่มเย็บมุมหรือไส้นกาวอย่างแน่นหนา


๗.๔.๖. ขนาดรูปเล่ม ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร

๗.๔.๗. เนื้อหาความรู้ทางวิชาการอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชวิทยาลัย หรือวารสารวิชาการของไทยหรือต่างประเทศ เป็นต้น โดยรายการอ้างอิงต้องมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

ลงชื่อ.....  ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

.....  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... นพพ กรรมการ ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นายณพพล สีหะวงษ์)


(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ.....  กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โคมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....  กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทรสุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๗.๕. คู่มือปฏิบัติงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๔๖๐ ชุด

๗.๕.๑. ด้านความรู้

เป็นหนังสือคู่มืออาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ข้อมูลในคู่มือประกอบด้วยเนื้อหาอย่างน้อย ดังนี้

- เป้าหมายการดำเนินงานของอสม.
- แนวทางการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ลดโรค ลดเสี่ยง ลดภาวะแทรกซ้อนโรคเบาหวาน และความดันโลหิตสูง
- กิจกรรมดำเนินการเพื่อลดเสี่ยงต่อการเป็นโรคเบาหวานและความดันโลหิต
- คำแนะนำการดูแลสุขภาพ โรคเบาหวาน และโรคความดันโลหิตสูง
- คำแนะนำการดูแลสุขภาพในกลุ่มเสี่ยง
- การจัดเก็บข้อมูล
- แบบสัมภาษณ์การคัดกรองเบาหวานด้วยวาจาโดยอาสาสมัครสาธารณสุข
- แบบบันทึกการคัดกรองความเสี่ยงประชากร ๑๕-๓๔ ปี และ ๓๕ ปีขึ้นไป
- แบบฟอร์มเป้าหมายประชากรอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไป ในความรับผิดชอบของอสม.
- แบบคัดกรองเบาหวานและความดันโลหิตในประชาชนอายุ ๓๕ ปี ขึ้นไปรายบุคคล
- แบบรายงานคัดกรองความเสี่ยงโรคเบาหวาน ความดันโลหิตสูง ประชากรอายุ ๑๕ ปีขึ้นไป (เฉพาะผู้ที่ไม่เป็นผู้ป่วยเบาหวาน ความดันโลหิตสูง)

๗.๕.๒. วิธีการเรียบเรียง ใช้ภาษาง่ายๆ ที่ประชาชนทั่วไปอ่านเข้าใจง่าย มีภาพประกอบทั้งภาพวาดและภาพถ่ายอย่างเหมาะสมกับเรื่อง สื่อนำให้ประชาชนเข้าใจโรคนี้มากขึ้น เรียงลำดับและจัดวางน้ำหนักหัวข้อเรื่องใหญ่ เรื่องรองได้น่าสนใจ เหมาะสม ค้นหาง่าย ศึกษาได้สะดวก

๗.๕.๓. การพิมพ์เนื้อใน พิมพ์ ๔ สี ตลอดเล่ม พิมพ์ด้วยกระดาษปอนด์ ไม่น้อยกว่า ๖๐ แกรม ความหนาตลอดเล่มไม่น้อยกว่า ๔๐ หน้า

๗.๕.๔. ปกพิมพ์ ๔ สี พิมพ์ด้วยกระดาษการ์ดอาร์ต ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แกรม เคลือบยูวี ออกแบบปกสื่อนำสนใจที่จะอ่าน

๗.๕.๕. การเข้าเล่มเย็บมุมหรือไส้นกาวอย่างแน่นหนา

๗.๕.๖. ขนาดรูปเล่ม ความกว้างไม่น้อยกว่า ๑๘ เซนติเมตร ความยาวไม่น้อยกว่า ๒๕ เซนติเมตร

๗.๕.๗. เนื้อหาความรู้ทางวิชาการอ้างอิงจากแหล่งที่เชื่อถือได้ เช่น กระทรวงสาธารณสุข มหาวิทยาลัยราชวิทยาลัย หรือวารสารวิชาการของไทยหรือต่างประเทศ เป็นต้น โดยรายการอ้างอิงต้องมีอายุไม่เกิน ๑๐ ปี

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพนพล สีหะวงษ์)

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๗.๖ ตารางแปลผลการคัดกรองสุขภาพสำหรับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) จำนวน ๔๖๐ แผ่น รายละเอียดดังนี้

- ตารางแปลผลระดับความดันโลหิตแต่ละช่วง พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว ได้แก่ เหมาะสม, ปกติ, เริ่มสูง, สูง, สูงมาก และสูงอันตราย เป็นต้น
- ตารางแปลผลระดับน้ำตาลในเลือด พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว ได้แก่ ปกติ, มีความเสี่ยง และสงสัยป่วย เป็นต้น
- ตารางแปลผลดัชนีมวลกาย(BMI) แยกเพศชายและเพศหญิง พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว ได้แก่ น้ำหนักต่ำกว่าเกณฑ์, สมส่วน, เกินเกณฑ์, ภาวะอ้วนและภาวะอ้วนมาก เป็นต้น
- ตารางแปลผลอุณหภูมิร่างกายพร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว ได้แก่ ปกติ, มีไข้ต่ำ, มีไข้สูง และมีไข้สูงมาก เป็นต้น
- ตารางแปลผลระดับออกซิเจนในเลือด พร้อมคำแนะนำการปฏิบัติตัว ได้แก่ ต่ำว่าปกติ และปกติ เป็นต้น
- เนื้อหาอ้างอิงจาก หน่วยงานของกระทรวงสาธารณสุขหรือหน่วยงานที่เชื่อถือได้ โดยการอ้างอิงต้องอายุไม่เกิน ๑๐ ปี
- จัดพิมพ์เนื้อหา ๔ สี กระดาษอาร์ตหนา ไม่น้อยกว่า ๑๖๐ แกรม ๑ แผ่นหน้าหลัง ขนาด A๔ เคลือบพลาสติกลามิเนตกันน้ำและรอยขีดข่วน สวยงาม อ่านง่าย

๕. เงื่อนไขเฉพาะของพัสดุ

ผู้ขายจะต้องนำตัวอย่างชุดกระเป๋าครีงมือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำนวน ๔๖๐ ชุด มาแสดงต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ ภายใน ๓ วันทำการ นับถัดจากวันเสนอราคา หากไม่นำมาต่อคณะกรรมการพิจารณาผลฯ จะไม่รับพิจารณาการเสนอราคา

๖. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

๖.๑ ระยะเวลาในการส่งมอบภายใน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญาซื้อขาย

๖.๒ ชุดกระเป๋าครีงมือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน จำนวน ๔๖๐ ชุด จะต้องคงคุณภาพตามข้อกำหนดไม่น้อยกว่า ๒ ปี

๖.๓ การส่งมอบชุดกระเป๋าครีงมือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน จำนวน ๔๖๐ ชุด ณ หอประชุมโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์(วังชมภูวิทยาคม)

๗. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาตัดสินโดยใช้เกณฑ์ราคา

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพนพล สีหะวงษ์)

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

๘. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับการจัดสรร

๘.๑ ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ เรื่องงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๙ แผนงานสาธารณสุข หน้า ๒๓๑ เป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงาน อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน สำหรับการจัดซื้อ ชุดกระเปาะเครื่องมือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตั้งไว้ ๓,๖๘๐,๐๐๐ บาท (สามล้านหกแสนแปดหมื่นบาทถ้วน)

๘.๒ ราคาากลางสำหรับประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการจัดซื้อชุดกระเปาะเครื่องมือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำนวน ๔๖๐ ชุด ๆ ละ ๗,๙๗๐ บาท (เจ็ดพันเก้าร้อยเจ็ดสิบบาทถ้วน) รวมเป็นเงิน ๓,๖๖๖,๒๐๐ บาท (สามล้านหกแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)

๙. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดจ่ายเงินงวดเดียว เมื่อองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบูรณ์ได้รับชุดกระเปาะเครื่องมือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น ตามโครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุขประจำ หมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชนครบทั้งหมดจำนวน ๔๖๐ ชุด เป็นจำนวนเงินใน อัตราร้อยละ ๑๐๐ เมื่อผู้เสนอราคาได้ปฏิบัติงานทั้งหมดไปแล้วเสร็จเรียบร้อยและผู้เสนอราคาส่งมอบของถูกต้อง ครบถ้วนตามสัญญา ตามข้อกำหนดในสัญญาทุกประการ

๑๐. อัตราค่าปรับ

อัตราร้อยละ ศูนย์จุดสองศูนย์ (๐.๒๐%) ของราคาสินค้านั้นแต่ต้องไม่ต่ำกว่าวันละ ๑๐๐ บาท (หนึ่งร้อยบาทถ้วน) นับแต่วันล่วงเลยกำหนดวันส่งมอบพัสดุแล้วเสร็จ

๑๑. เงื่อนไขการตรวจรับ

การลงนามตรวจรับพัสดุ สำหรับประกวดราคาซื้อโครงการสนับสนุนการดำเนินงานอาสาสมัครสาธารณสุข ประจำหมู่บ้าน (อสม.) ในการจัดบริการสุขภาพปฐมภูมิเชิงรุกในชุมชน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ในการจัดซื้อชุดกระเปาะเครื่องมือ อุปกรณ์คัดกรองและตรวจสุขภาพเบื้องต้น จำนวน ๔๖๐ ชุด จะกระทำ เมื่อคณะกรรมการตรวจรับพัสดุได้รับถูกต้อง จำนวนครบถ้วน ตลอดจนได้รับเอกสารครบถ้วน

๑๒. การกำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง

๑๒.๑ กำหนดระยะเวลารับประกันเท่ากับระยะเวลาตามสัญญา ไม่น้อยกว่า ๒ ปี นับถัดจากวันที่ตรวจรับพัสดุ

๑๒.๒ ผู้ขายจะต้องมีแผนการสอบเทียบ ชุดอุปกรณ์ ปีละ ๑ ครั้งภายในระยะเวลารับประกันโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆ

ลงชื่อ..... ประธานคณะกรรมการ

(นางสาวสุกัญญา มีกำลัง)

นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการพิเศษ

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายพนพล สีหะวงษ์)

ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลโนนสง่า

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นายบุญธรรม บานเย็นงาม)

ประธานมูลนิธิชมรม อสม. จังหวัดเพชรบูรณ์

ลงชื่อ..... กรรมการ

(นางสาวกมลชนก โฉมทรัพย์เย็น)

นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

ลงชื่อ..... กรรมการ/เลขานุการ

(นางสาวพนารัตน์ จันทร์สุวรรณ)

เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน